

Kontrolle der Knochendichte unter Bisphosphonaten frühestens nach drei Jahren

a -- Bell KJL, Hayen A, Macaskill P et al. Value of routine monitoring of bone mineral density after starting bisphosphonate treatment: secondary analysis of trial data. BMJ 2009 (23. Juni): 338: b2266

[\[LINK\]](#)

Anhand der sekundären Analyse von Daten einer randomisierten Studie zum Einfluss von Bisphosphonaten auf die Knochendichte konnte gezeigt werden, dass es innerhalb der ersten drei Jahre nach Beginn der Therapie keinen Sinn macht, die Knochendichte zu messen. Denn die zu erwartende zufällige Streuung der Messresultate ist grösser als der messbare Behandlungseffekt.